



## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

02/09/2018 17:36:46 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **915414**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2143707**  
 Nº SO: **1882583**  
 NF Cliente/Cust. **28042 1**

**20 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **02/08/2018 15:39:03 GMT**  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: **CELL A**  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80112	TSAT80112
103	285.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB80101	MCTAB80101

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	38.02	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	02/09/2018 09:34:15 GMT
450.00	Dose Minima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.84	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	02/09/2018 09:34:31 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**  
 Por:

Data/Date: 02/09/2018 10:41:27 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**