

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/15/2018 18:44:06 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1069405**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2165259**  
Nº SO: **1908734**  
NF Cliente/Cust. **28439 1**

**20 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **03/13/2018 14:33:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80131	TSAT80131
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80132	TSAT80132

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.33	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	03/14/2018 11:55:51 GMT
450.00	Dose Minima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.66	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	03/14/2018 11:56:03 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**  
Por:

Data/Date: 03/14/2018 15:24:32 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**