Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

Nome Cliente:	**BIOCEN DO BRASIL LTDA**	**Planta de Processo:**	**Cotia**	**Nº WO:**	**2510282**
Customer Name:		**Processing Facility:**		**Nº SO:**	**2317458**
Nº P.O.	**2064472**			**NF Cliente/Cust.**	**34361 1**
15 - 40 kGy		**Tratamento Gama**	**Data/Hora - Irradiação:** **Irradiation Date/Time:**	09/05/2019 15:39:24 GMT	
			Irradiação - Célula: **Irradiation Cell:**	CELL A	

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	**Qty**	**UOM**	**Customer Item Number**	**Customer Item Description**	**Customer Lot Number**
102	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90114	TSA90114
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901124	TSAT901124
105	412.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM90210	TSARM90210
106	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902172	MTAR902172

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
						- - - - - - - -Signed By - - - - - - -	
Op#	**Quality Test Description**	**Minimum Spec**	**Maximum Spec**	**Result**	**Pass/Fail**	**User**	**Date /Time**
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	28.69	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/06/2019 11:55:28 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.70	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/06/2019 11:55:48 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. Por:
Electronically Signed By: JOICE SILVA INACIO

Data/Date: 09/06/2019 13:26:03 GMT

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço