

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

10/08/2019 11:45:57 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O.: 2124686

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2529815
Nº SO: 2339699
NF Cliente/Cust.: 34702 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 10/04/2019 14:40:19 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902200	MTAR902200
103	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902201	MTAR902201
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901144	TSAT901144
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901145	TSAT901145
107	300.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB98101	TSBPB98101
108	300.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB98102	TSBPB98102
109	300.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB98103	TSBPB98103

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	29.73	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/07/2019 14:48:58 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.99	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/07/2019 14:49:16 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES
Por:

Data/Date: 10/07/2019 14:59:37 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço