

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/21/2019 18:08:05 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA** Planta de Processo: **Cotia** Nº WO: **2461039**  
Customer Name: **1926156** Processing Facility: **15 - 40 kGy** Nº SO: **2260333**  
Nº P.O.: **1926156** Irradiation Date/Time: **06/19/2019 13:25:58 GMT**  
NF Cliente/Cust. **33532 1**

Tratamento Gama Data/Hora - Irradiação: **06/19/2019 13:25:58 GMT**  
Irradiation Date/Time: **06/19/2019 13:25:58 GMT**  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	26.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote: TSAI90105	TSAI90105
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote: TSAT90177	TSAT90177
104	75.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote: MCTAP90107	MCTAP90107

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	27.68	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	06/21/2019 15:30:21 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.25	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	06/21/2019 15:30:36 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**  
Por:

Data/Date: 06/21/2019 17:35:50 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**