

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/27/2020 19:00:12 GMT
Page 1 of 2
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O.: 2701581

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2655543
Nº SO: 2488230
NF Cliente/Cust.: 36843 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 04/24/2020 13:32:21 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	95.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC010005	DRBC010005
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010070	TSAT010070
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010071	TSAT010071
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020081	MTAR020081
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020080	MTAR020080
108	287.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010007	MCTAB010007
109	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010010	BETAP010010
110	30.0000	PT	4129.0010	PLACA TSA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:TSAB010002	TSAB010002
111	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010072	TSAT010072
112	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020082	MTAR020082
113	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020010	MCTAB020010
114	126.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020011	MCTAB020011
115	533.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB810007	TSBPB810007

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.43	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/27/2020 12:20:18 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.32	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/27/2020 12:21:16 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 04/27/2020 14:28:41 GMT

Electronically Signed

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/27/2020 19:00:12 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2701581

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2655543
Nº SO: 2488230
NF Cliente/Cust. 36843 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

04/24/2020 13:32:21 GMT
CELL A

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço