



Certificado de Processo

Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA

45.789.724/0002-85

Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina

TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

06/20/2025 19:46:06 GMT

Page 1 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
 Customer Name:
 N° P.O. 3447136

Planta de Processo: Cotia
 Processing Facility:

N° WO: 3783535
 N° SO: 3833190
 NF Cliente/Cust. 66137 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell:

06/18/2025 14:30:26 GMT

CELL A

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1236.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011349
103	453.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010611
104	1236.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010612
105	453.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010613
106	647.0000	PT	4212.0110	TS4N - AGAR MCTA+HIS+TIO+PIR PL RODAC (PTC/10) - Lote:TS	TS4N020154
107	647.0000	PT	4212.0110	TS4N - AGAR MCTA+HIS+TIO+PIR PL RODAC (PTC/10) - Lote:TS	TS4N020155
108	647.0000	PT	4212.0110	TS4N - AGAR MCTA+HIS+TIO+PIR PL RODAC (PTC/10) - Lote:TS	TS4N020156
109	647.0000	PT	4212.0110	TS4N - AGAR MCTA+HIS+TIO+PIR PL RODAC (PTC/10) - Lote:TS	TS4N020157
110	1766.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021869
111	647.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021870
112	160.0000	PT	4233.0015	TSBPB - TB VIDRO 20X125MM C/ 15ML PT C/ 5 - Lote:TS	TSBPB810060

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

N° OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	17.30	Pass	CRUIVO CLEYTON DOS SANTOS	06/19/2025 01:05:04 GMT
450.00	Dose Máxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	27.65	Pass	CRUIVO CLEYTON DOS SANTOS	06/19/2025 01:05:44 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDGAR SENHORINHO SILVA
 Por:

Data/Date: 06/20/2025 11:53:36 GMT



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

06/20/2025 19:46:06 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3447136

15 - 40 kGy

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Tratamento Gama

Nº WO: 3783535
Nº SO: 3833190
NF Cliente/Cust. 66137 1

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

06/18/2025 14:30:26 GMT
CELL A

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço