

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/17/2020 19:00:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2469268

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2612023
Nº SO: 2436037
NF Cliente/Cust. 36038 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 02/14/2020 14:44:35 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	417.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA010002	PCA010002
103	92.0000	PT	4178.0010	PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10 - Lote:R2AO010002	R2AO010002
104	160.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:PCA040003	PCA040003
105	212.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD010001	YPD010001
106	343.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL020003	SDATL020003
108	240.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A010002	R2A010002

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	10.56	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	02/15/2020 13:38:08 GMT
450.00	Dose Minima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.10	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	02/15/2020 13:38:24 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 02/17/2020 14:09:01 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço