

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/06/2020 16:00:55 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2636419**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2643227**
 Nº SO: **2473501**
 NF Cliente/Cust. **36668 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **04/03/2020 15:32:07 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	189.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD010002	YPD010002
103	189.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC010002	TSAC010002
104	41.0000	PT	4075.0010	PLACA BHI 90X15 PCT C/10 - Lote:BHI010001	BHI010001
106	47.0000	PT	4110.0010	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN 9 - Lote:SDATL010001	SDATL010001
107	160.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:PCA040006	PCA040006
108	160.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:PCA040007	PCA040007
109	343.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL020004	SDATL020004

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	8.45	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/03/2020 19:24:20 GMT
450.00	Dose Máxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	11.24	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	04/06/2020 14:41:07 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 04/06/2020 14:41:56 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço