

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

04/17/2025 19:49:41 GMT
 Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA** Planta de Processo: **Cotia** Nº WO: **3746041**
 Customer Name: **3445262** Processing Facility: Nº SO: **3786751**
 Nº P.O. **15 - 40 kGy** Tratamento Gama Irradiação - Célula: **CELL A**
 Data/Hora - Irradiação: **04/16/2025 16:22:10 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	453.0000	PT	4009.0010	SDA - AGAR SABOURAUD DEXTROSEPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:SD	SDA010112
103	361.0000	PT	4104.0010	YPD - AGAR EXT.LEV PEP DEXT PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:YP	YPD010044
104	858.0000	PT	4241.0010	30MTA - AGAR MCTA PLACA 90X15C/ 30ML (PT C/ 10) - Lote:30	30MTA010148
105	1236.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010600
106	1442.0000	PT	4175.D001	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 DESK. (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT01D043
107	824.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011317
108	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011318
109	32.0000	CX	4145.0025	CLET - FRASCO PET DE 25ML C/ 9ML CX C/ 24 - Lote:CL	CLET480075
110	15000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:	25 0492 Val 25/02/27 25
111	15000.0000	UN	5155.0230	SPOUCH PIC 145.230 IR P AGAR - Lote:25	25 0493 Val 13/09/26

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	31.26	Pass	TOSILVA	04/17/2025 11:24:03 GMT
		Reason Code Teste				TATIANA OLIVEIRA SILVA	
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy	40.00 kGy	19.65	Pass	TOSILVA	04/17/2025 11:24:26 GMT
		Reason Code Teste				TATIANA OLIVEIRA SILVA	

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. LUCAS PAGANI
 Por:

Data/Date: 04/17/2025 12:32:09 GMT

Electronically Signed
 By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço



Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

04/17/2025 19:49:41 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3445262
15 - 40 kGy

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 3746041
Nº SO: 3786751
NF Cliente/Cust. 64933 1

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

04/16/2025 16:22:10 GMT
CELL A