



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/25/2017 17:13:55 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 293192

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2028652
Nº SO: 1760630
NF Cliente/Cust. 26171 1

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:

08/23/2017 16:48:09 GMT

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	84.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC70109	TSAC70109
103	100.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD70109	YPD70109

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	9.14	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	08/24/2017 12:07:22 GMT

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA
Por:

Data/Date: 08/24/2017 12:10:24 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço