

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

10/10/2019 15:24:31 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.:** 2133560

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2533128  
**Nº SO:** 2343279  
**NF Cliente/Cust.:** 34739 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 10/09/2019 15:40:03 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901146	TSAT901146
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901147	TSAT901147
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901148	TSAT901148
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901149	TSAT901149
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902202	MTAR902202
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902203	MTAR902203
109	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90227	MCTAB90227
110	465.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB90118	MCTAB90118
111	100.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD90109	YPD90109

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.42	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/10/2019 11:37:44 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.62	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/10/2019 11:38:10 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 10/10/2019 13:24:34 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço