



Certificado de Processo

Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

04/22/2025 20:37:50 GMT

Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3445360**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **3747258**
 Nº SO: **3788186**
 NF Cliente/Cust. **64995 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 04/17/2025 20:14:45 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	44.0000	PT	4224.0010	YPDTC - YPD+TETRACICLINA+CLORANF PL 90X15 (PTC/10) - Lote:YP	YPDTC010021
103	220.0000	PT	4075.0010	BHI - AGAR INF CEREBRO E CORACAO PL 90X15 (PTC/10) - Lote:BH	BHI010045
104	35.0000	PT	4046.0010	DRBC - AGAR DIC ROSA BENG CLORAN PL 90X15 (PTC/10) - Lote:DR	DRBC010037
105	139.0000	PT	4010.0010	PDA - AGAR DEXTROSE DE BATATAPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:PD	PDA010005
106	1111.0000	PT	4012.0010	PCA - AGAR DE CONTAGEM PADRAOPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote: PC	PCA010052
107	140.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:PC	PCA040078
108	140.0000	PT	4012.0015	PCA - AGAR DE CONTAGEM PADRAOPLACA 60X15 (PTC/10) - Lote: PC	PCA030003
109	143.0000	PT	4012.4913	PCA - AGAR DE CONTAGEM PADRAOPLACA 49X13 (PTC/10) - Lote: PC	PCA050014
110	25000.0000	UN	5153.0290	SPOUCH PIC 180.290 IR P AGAR - Lote:25	25 0503 Val 05/11/26
111	15000.0000	UN	5163.0300	SPOUCH PIC 195.300 IR P AGAR - Lote:25	25 0504 Val 18/03/27
112	22500.0000	UN	5155.0230	SPOUCH PIC 145.230 IR P AGAR - Lote:25	25 0505 Val 25/11/26
113	15000.0000	UN	5164.0240	SPOUCH PIC 150.250 IR P AGAR - Lote:25	25 0506 Val 08/11/26
114	15000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:25	25 0507 Val 09/03/27
115	6000.0000	UN	5156.0005	SS GEL 5 IR P AGAR - Lote:25	25 0508 Val 10/03/27

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	6.30	Pass	RDEOLIVEIR ROBSON FELIX DE OLIVEIRA	04/22/2025 11:11:47 GMT
450.00	Dose Máxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	11.08	Pass	RDEOLIVEIR ROBSON FELIX DE OLIVEIRA	04/22/2025 11:12:09 GMT



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

04/22/2025 20:37:50 GMT

Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3445360

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 3747258
Nº SO: 3788186
NF Cliente/Cust. 64995 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

04/17/2025 20:14:45 GMT

CELL A

DOSAGEM 05 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDGAR SENHORINHO SILVA
Por:

Data/Date: 04/22/2025 11:51:18 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço