



Certificado de Processo

Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA

45.789.724/0002-85

Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina

TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

05/15/2025 17:32:34 GMT

Page 1 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
 Customer Name:
 Nº P.O. 3446063

Planta de Processo: Cotia
 Processing Facility:

Nº WO: 3761894
 Nº SO: 3807085
 NF Cliente/Cust. 65438 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell:

05/14/2025 16:14:00 GMT

CELL A

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	50.0000	PT	4064.4913	R2A - AGAR R2A PLACA 49X13 (PT C/ 10) - Lote:R2	R2A050001 Val 12/10/25
103	88.0000	PT	4178.0010	R2AO - AGAR R2A OXOID PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:R2	R2AO010077
104	720.0000	PT	4064.0010	R2A - AGAR R2A PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:R2	R2A010072
105	173.0000	PT	4064.0015	R2A - AGAR R2A PLACA 60X15 (PT C/ 10) - Lote:R2	R2A030040
106	61.0000	PT	4224.0010	YPDTC - YPD+TETRACICLINA+CLORANF PL 90X15 (PTC/10) - Lote:YP	YPDTC010022
107	240.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:PC	PCA040079
108	320.0000	PT	4306.0001	CULT - AGAR CHROMOCULT COLIF PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:CU	CULT010024
109	35000.0000	UN	5153.0290	SPOUCH PIC 180.290 IR P AGAR - Lote:25	25 0620 Val 21/03/26
110	15000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:25	25 0621 Val 09/03/26

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	5.96	Pass	MGDASILVA MAURICIO GAMA DA SILVA	05/15/2025 07:14:59 GMT
450.00	Dose Máxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	9.35	Pass	MGDASILVA MAURICIO GAMA DA SILVA	05/15/2025 07:15:25 GMT

DOSAGEM 05 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDGAR SENHORINHO SILVA
 Por:

Data/Date: 05/15/2025 12:11:25 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

05/15/2025 17:32:34 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3446063

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 3761894
Nº SO: 3807085
NF Cliente/Cust. 65438 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

05/14/2025 16:14:00 GMT
CELL A